


		60001_20240115_1340_PERRICONE			
Types de prothèses		Informations			
		Client:	670629594		
		Contact:			
		Patient:	KARINE PERRICONE		
		Importance:	Normale		
		Date de création:	15/01/2024 13:40		
		Date d'expédition:	15/01/2024 13:40		
		Date de livraison:	17/01/2024 00:00		
		Date d'impression:	23/01/2024 10:07		
		Utilisateur:			
		Type d'objet:	Empreinte numérique		
Photo clinique:		Oui			
		Poste / Technicien	Approuvé(e) par		
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant	
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only	
Commentaires					
guide chir					



Rapport chirurgical

Détails de la commande

Nom du patient:

Perricone

Référence de commande client:

62721_20240123_1008_48

Date de création:

23/01/2024 13:16:11


Créé(e) par:

Implant Studio -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

POUR
VALIDATION









Validé(e) par

Mandibule




Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	46	
Fabricant	TBR Dental	
Type	M410	
Numéro de la commande	M410	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	3,9	
Couleur	Pink	

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	46	
Fabricant	TBR Dental	
Type	M410	
Numéro de la commande	M410	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	3,9	
Couleur	Pink	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.



Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)


Nom du patient: Perricone

Référence de commande client: 62721_20240123_1008_48

Date de création: 23/01/2024 13:16:11

Validé(e) par
Implant Studio -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Mandibule











46

Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	46
Fabricant	TBR Dental
Type	M410
Numéro de la commande	M410
Longueur, mm	10
Diamètre (Ø), mm	3,9
Couleur	Pink

Limitation de responsabilité :


Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	46	
Fabricant	TBR Dental	
Type	M410	
Numéro de la commande	M410	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	3,9	
Couleur	Pink	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	



Densité osseuse (HU)

D1	1251 - ∞
D2	851 - 1250
D3	351 - 850
D4	151 - 350
	-∞ - 150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.